

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Паспорт Значений для TruCal CRP U Lot 37725-37729 до 2027-03-21

Дата обновления: 29.08.2025.

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro: Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U)», 5x1 мл.

Каталожный номер: 1 7040 99 10 059.

Описание продукта и его назначение

Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) представляет собой жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) используется для калибровки при определении С-реактивного белка в широком (универсальном) диапазоне с помощью набора CRP U-hs производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее трех месяцев. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

Подготовка

Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализата.

Прослеживаемость

Значения калибратора С-реактивного белка универсального (TruCal CRP U) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA474/IFCC.

Аттестованное значение калибратора С-реактивного белка универсального (TruCal CRP U), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal CRP U, Уровень 1	37725	2027-03-21	0,845 мг/дл (8,45 мг/л)
TruCal CRP U, Уровень 2	37726	2027-03-21	2,045 мг/дл (20,45 мг/л)
TruCal CRP U, Уровень 3	37727	2027-03-21	10,0 мг/дл (100 мг/л)
TruCal CRP U, Уровень 4	37728	2027-03-21	20,0 мг/дл (200 мг/л)
TruCal CRP U, Уровень 5	37729	2027-03-21	35,0 мг/дл (350 мг/л)