

**Паспорт Значений для TruCal IgE  
Lot 38596-38600 до 2027-05-31**

Дата обновления: 18.02.2026.

**Наименование медицинского изделия, фасовка**

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров *in vitro*: Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE)», 5x1 мл.

Каталожный номер: 1 7230 99 10 059.

**Описание продукта и его назначение**

Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) – представляет собой набор из пяти жидких стабильных калибраторов различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) используется для калибровки теста на Иммуноглобулин Е (Immunoglobulin Е FS) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

**Условия хранения**

Изделие хранить как в невскрытом флаконе, так и после вскрытия флакона при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

**Стабильность**

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия флакона - 6 недель.

**Подготовка**

Калибратор Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

**Процедура**

Процедура применения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения того или иного аналита.

**Прослеживаемость**

Значения калибратора Иммуноглобулина Е (TruCal IgE) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до эталонного препарата (WHO-IRP75/502) с использованием утвержденных протоколов.

Аттестованное значение калибратора Иммуноглобулина Е (TruCal IgE), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

**Производитель**

DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

| <b>Наименование, уровень</b> | <b>Номер лота</b> | <b>Срок годности</b> | <b>Калибровочное значение</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| TruCal IgE, Уровень 1        | 38596             | 2027-05-31           | 50 МЕ/мл                      |
| TruCal IgE, Уровень 2        | 38597             | 2027-05-31           | 100 МЕ/мл                     |
| TruCal IgE, Уровень 3        | 38598             | 2027-05-31           | 200 МЕ/мл                     |
| TruCal IgE, Уровень 4        | 38599             | 2027-05-31           | 500 МЕ/мл                     |
| TruCal IgE, Уровень 5        | 38600             | 2027-05-31           | 1000 МЕ/мл                    |