



АЛГОРИТМ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ)

в рамках диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья (ДОРЗ)*



Комментарии

Рекомендуется придерживаться следующего подхода к цервикальному скринингу:

- Начало скрининга — 21 год.
- Конец скрининга — 69 лет (при условии предыдущего адекватного скрининга и отсутствии в течение 20 лет — CIN II).
- 21-29 лет — цитология/жидкостная цитология не реже 1 раза в 3 года.
- 30-69 лет — цитология/жидкостная цитология + ВПЧ не реже 1 раза в 5 лет.

70% минимальный порог

- Эффективность программы скрининга напрямую зависит от доли охваченного населения

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Жидкостная цитология и ВПЧ-тестирование — один образец и два исследования



1 Забор образца цитощеткой



2 Перенос в виалу для жидкостной цитологии



3 Отправка образца в лабораторию

NOVAprep NPS25/50

4 Подготовка цитологических препаратов и Аликвотирование

Аликвота отправляется на ПЦР-тестирование



Выделение и раскапывание нуклеиновых кислот на Amplitech E1/ДТ-стрим



Исследование на ВПЧ (ПЦР)

- Наборы Amplitech HPV ST
- ДНК-технология ВПЧ-скрин



Окрашивание препаратов, АФОМК 16-ПРО



Исследование образца

- Сканирующая система Робоскоп



Выдача результата

- NovaPrep NPS 25/50 — РУ ФСЗ 2011/10672
- АФОМК 16-ПРО — РЗН 2016/4280
- Робоскоп — Г004-00110-00/04683667
- Amplitech E1 — РЗН 2022_16981

- Amplitech HPV ST (R) (набор на ВПЧ) — РЗН 2023/19335
- NOVAPREP HQ + Orange Vial (виалы) — РЗН 2023/21518
- ДТ Стрим — ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930263
- ДНК-технология ВПЧ-скрин — РЗН 2022/17545