

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Паспорт Значений для TruCal CRP Lot 38586-38590 до 2027-05-01

Дата обновления: 27.01.2026.

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro: Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP)», 5x2 мл.

Каталожный номер: 1 7000 99 10 039.

Описание продукта и его назначение

Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) представляет собой жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) предназначен для калибровки фотометрических систем при определении С-реактивного белка в широком диапазоне иммунотурбидиметрическим методом на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее трех месяцев.

Подготовка

Калибратор С-реактивного белка (TruCal CRP) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализа.

Прослеживаемость

Значения калибратора С-реактивного белка (TruCal CRP) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA474/IFCC.

Аттестованное значение калибратора С-реактивного белка (TruCal CRP), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Наименование, уровень	Номер лота	Срок годности	Калибровочное значение
TruCal CRP Уровень 1	38586	2027-05-01	1,00 мг/дл (10,0 мг/л)
TruCal CRP Уровень 2	38587	2027-05-01	1,99 мг/дл (19,9 мг/л)
TruCal CRP Уровень 3	38588	2027-05-01	5,12 мг/дл (51,2 мг/л)
TruCal CRP Уровень 4	38589	2027-05-01	14,4 мг/дл (144 мг/л)
TruCal CRP Уровень 5	38590	2027-05-01	28,2 мг/дл (282 мг/л)